



**Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45
26-080 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Podzamcze, 27.11.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę za:

Informacje o przedmiocie zamówienia

1. Zakup 3 sztuk chłodziarek laboratoryjnych

Zakres temperatur: +2°C / +8°C

Pojemność: ok. 435 l

Wymiary zew.: ok. 600 x 700 x 1865 mm (SxGxW)

Wykorzystanie: przechowywanie leków i szczepionek

- urządzenie wolnostojące
- obudowa ze stali malowanej na biało
- wnętrze ze stali malowanej
- drzwi przeszklone
- zewnętrzny wyświetlacz LED
- sterownik zapisuje temperaturę minimalną i maksymalną (od ostatniego resetu)
- wymiary wewnętrzne: ok. 475 x 500/365 x 1723 (h) mm (SxGxW)
- 1 sprężarka
- 5 regulowanych półek
- 1 kosz do przechowywania produktów
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- oświetlenie LED
- alarm wizualny/akustyczny
- ustawianie alarmu wysokiej/niskiej temperatury
- alarm otwartych drzwi
- alarm awarii sondy
- styk bezpotencjałowy dla alarmu GSM
- automatyczne odszranianie
- port dostępowy ok. Ø 12 mm (np. dla zewn. czujnika temperatury)
- zamek drzwi na klucz
- 2 kółka z tyłu
- możliwość przełożenia drzwi
- maksymalne obciążenie półek ok. 15 kg
- maksymalne obciążenie kosza: ok. 15 kg
- czynnik chłodniczy: R134a
- zasilanie: 230 V/ 50-60 Hz
- zużycie dobowe energii: 2,3 kWh/24h

- izolacja: ok. 50 mm
- waga: ok. 110 kg
- System monitorowania temperatury z dokładnością do 0,4°C w zakresie: od -20 do 70°C i z dokładnością nie gorszą niż: 0,5°C w zakresie: od -35 do -20°C

Termin realizacji zamówienia:

Do 23 grudnia 2020 r.

Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający stosować będzie kryterium najniższej ceny brutto.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę z kwotą netto i brutto za całość zamówienia, należy złożyć do dnia 1 grudnia 2020 roku do godziny 10:00 w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, bądź przesłać w formie elektronicznej na adres: ilona.sychowska@rcnt.pl (telefon kontaktowy: 664-947-629)

Dodatkowe informacje.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie realizacji bez podawania przyczyny.
2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto realizacji zamówienia.
3. Zadanie realizowane jest z w ramach projektu: „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”, w zakresie zadania: Działania mające na celu walkę z COVID-19, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7- Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne realizuje zadanie pn.: „Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID -19”.
4. Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz.1845), w myśl którego do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

