



**Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45
26-080 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 78
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Podzamcze, 26.11.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę za:

Informacje o przedmiocie zamówienia

1. **Zakup 3 sztuk zamrażarek niskotemperaturowych poziomych**

- wymiary zewnętrzne (S x G x W) w mm: ok. 1562 x 698 x 885
- wymiary wewnętrzne (S x G x W) w mm: ok. 1400 x 440 x 630
- pojemność netto: ok 368 L
- zakres temperatur: -40°C/ -86°C przy temperaturze otoczenia do +20°C i wilgotności względnej 60%
- napięcie znamionowe 230V / 50 Hz
- klapa pełna
- obudowa zewnętrzna: stal lakierowana biała
- wewnątrz wykonane ze stali powlekanej
- izolacja poliuretanowa o grubości ok. 80 mm
- wyposażenie standardowe: zamek, termostat elektroniczny, kolorowy cyfrowy wyświetlacz temperatury
- wizualne i akustyczne alarmy: przekroczenia zadanej temperatury i braku zasilania, otwartych drzwi, awarii sondy
- alarmy wyświetlane jako tekst, nie kody
- data logger,
- panel sterowania chroniony hasłem
- wskaźnik naładowania akumulatora
- interfejsy: RS 232, RS 485, USB
- wyświetlanie temperatury otoczenia
- podtrzymanie bateryjne przez 72 godziny wyświetlacza temperatury, alarmów i zapisu temperatury w przypadku awarii zasilania
- możliwość podłączenia instalacji CO2 dla podtrzymania temperatury w przypadku braku zasilania lub awarii urządzenia (opcja)
- możliwość podłączenia alarmowego modułu GSM (opcja)
- 4 wewnętrzne pokrywy izolacyjne zapobiegające podwyższaniu temperatury przy otwarciu klapy

Syła



- kółka,
 - jeden agregat wbudowany
 - poziom hałasu - pobór mocy: 10,8 kWh/24h
 - zewnętrzne gniazdo alarmu zdalnego
 - zewnętrzne gniazdo PT 100/CO2 back-up
 - czynnik chłodniczy: EP 88
 - waga: ok. 88 kg,
 - Zamrażarka wyposażona w:
niezależny od pracy systemów zamrażarki system zasilania awaryjnego ciekłym dwutlenkiem węgla (CO2 back-up system) wyposażony w:
 - niezależny wyświetlacz temperatury
 - niezależny sensor temperatury wewnątrz komory i sensor pomiaru temperatury otoczenia
 - programowanie dowolnej temperatury zadziałania back-upu niezależnej od alarmu temperaturowego zamrażarki
 - programowanie czasu wstrzykiwania CO2
 - programowanie odstępów czasowych między wstrzyknięciami CO2,
 - wbudowany rejestrator temperatury komory mrozeniowej i temperatury otoczenia
 - wbudowana pamięć wewnętrzna oraz złącze USB i na karty SD
 - wyposażony w serwer internetowy do monitorowania temperatur przez sieć internet (oprogramowanie w zestawie)
 - komunikacja przez RS485
 - Elastyczne węże do systemu BCO2
 - butla CO2 do każdej zamrażarki
 - zamrażarka wyposażona w 10 stelaży
- Wymagania:
- instrukcja obsługi w języku polskim;
 - okres gwarancji - co najmniej 12 miesięcy;

Termin realizacji zamówienia:

Do 23 grudnia 2020 r.

Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający stosować będzie kryterium najniższej ceny brutto.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę z kwotą netto i brutto za całość zamówienia, należy złożyć do dnia 27 listopada 2020 roku do godziny 12:00 w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, bądź przesłać w formie elektronicznej na adres: ilona.sychowska@rcnt.pl (telefon kontaktowy: 664-947-629)



Dodatkowe informacje.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie realizacji bez podawania przyczyny.
2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto realizacji zamówienia.
3. Zadanie realizowane jest z w ramach projektu: „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”, w zakresie zadania: Działania mające na celu walkę z COVID-19, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7- Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne realizuje zadanie pn.: „Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID -19”.
4. Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz.1845), w myśl którego do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

M. Zawada

Spomógł: M. Sycowski